MATERIAALITIETO
Materiaalien käyttö ja valinta

LYMED® MATERIALS

P91 Vahva kangas	P40 Keskivahva kangas	P50 Kevyt kangas
TUOTERYHMÄN PÄÄKANGAS		
Lymed Skin™ Lymed Compression™	Lymed Post-Operation™	Lymed Interim & Light™
SUOSITELTU KÄYTTÖ*		
Suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kaikissa tuoteryhmissä sekä kompressio-vaatteiden paineluokissa A-IV**. Sopii erityisesti korkeaa kulutusta vaativiin käyttökohteisiin sekä korkeampiin paine-luokkiin. Käytetään myös tuoteryhmässä: - Sense™ 3D-tukivaatteet	Suositellaan käytettäväksi kevyen paineen käyttökohteissa ja voidaan käyttää komp-ressiovaatteiden paineluokassa A-I**. Ei suositella korkeampiin paineluokkiin tai kulutusta vaativiin käyttökohteisiin (esimerkiksi aikuisen käsineeseen). Käytetään myös tuoteryhmässä: - Sense™ 3D-tukivaatteet	Suositellaan pääasiallisesti vain kevyt- ja ensipainevaatteisiin. Voidaan käyttää osana erikoisratkaisuja, esimerkiksi taivekohdissa. Ei suositella korkeampiin paineluokkiin tai kulutusta vaativiin käyttökohteisiin. Käytetään ensisijaisesti tuoteryhmässä: - Lymed Interim & Light™ Kevyt- ja ensipainevaatteet
RAKENNE		
61 % polyamidi 39 % elastaani	60 % polyamidi 40 % elastaani	83 % polyamidi 17 % elastaani
AURINKOSUOJA		
98% UV-suoja	98% UV-suoja	98% UV-suoja

UPF 50+ 98 % UV protection

KANKAAN VÄRIT

SAUMAN VÄRIT

KUVAMERKIT

Standardituotteiden värivalinta
Varastoväri on ilmoitettu kunkin standardituotteen kohdalla erikseen. Mikäli tilaat muita kuin ilmoitettua varastoväriä, vaikuttaa se tuotteen toimitusaikaan.

*Suositeltu käyttö on LYMED Oy:n laatima yleisluonteinen ohje, jolla taataan paras mahdollinen käyttölaatu. Käytettävä kangas valitaan aina lääkärin määräämän hoidon mukaan, ja vaate rakennetaan tavalla, jota potilaan hoito vaatii. Jokainen vaate tehdään potilaalle yksilöllisesti, erilaisten tarpeiden mukaan. Erikoisratkaisut kankaiden valinnassa ovat mahdollisia, mutta voivat vaikuttaa vaatteen kestävyyteen. Emme korvaa muun kuin suositellun kankaan valinnasta johtuvaa alentunutta käyttölaatua tai sen korjaukseen liittyviä kuluja.

**Painevaatteet rakennetaan vakiopaineella. Kompressiovaatteet rakennetaan lääkinnällisiin paineluokkiin A-IV Euroopan esi-standardiin ENV 12718/2001 perustuen. Katso lisätietoja nettisivuiltamme www.lymed.fi.